


АГЕНТСТВО
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ, СЕРТИФИКАЦИИ
И ТОРГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
(ТАДЖИКСТАНДАРТ)



СЕРТИФИКАТ
о признании утвержденного типа средств измерений
**THE CERTIFICATE ON RECOGNITION OF THE
APPROVED TYPE OF MEASURING INSTRUMENTS**
RU.C.999.A № 583

Действителен до «22» апреля 2021 года

Настоящий сертификат удостоверяет, что на основании положительных результатов экспертизы НТД признан утвержденный тип **блоков коррекции объема газа «ФЛОУГАЗ»**

(наименование средства измерений)

ООО ЭПО «Сигнал» г.Энгельс 19, Саратовская область, Российская Федерация

(наименование предприятия-изготовителя)

который зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под № ТТ.04-583-16 и допущен к применению в Республике Таджикистан.

При эксплуатации средства измерений подлежат обязательной государственной поверке.

Межповерочный интервал установлен при утверждении типа – 4 года.

Первый заместитель
Директора

М.П.



М. Олимзода

« 19 » сентября 2016 г.

Заместитель
Директора

М.П.

Продлен до

« _____ » _____ 20 ____ г.

« _____ » _____ 20 ____ г.