

УТВЕРЖДАЮ



Директора по науке БелГИМ

Н.В. Баковец

2016

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения документов,
представленных в Госстандарт Республики Беларусь
Росстандартом согласно ПМГ 06-2001

Наименование и тип СИ: блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ"

Изготовитель: ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс, Саратовская обл., Россия

Цель экспертизы: продление срока действия утверждения типа / признание поверки

Номер Госреестра: РБ 03 07 5184 13 (сертификат №8633)

На экспертизу представлены следующие документы:

1. Копия свидетельства №43237 от 27.07.2011 об утверждении типа, номер Госреестра РФ-№47254-11;
2. Копия описания типа;
3. Копия заключения ВНИИР по результатам обязательной метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации;
4. Копия аттестата аккредитации;
5. Выписка из области аккредитации;
6. Форма оттиска поверительного клейма;
7. Руководство по эксплуатации;
8. Паспорт;
9. Методика поверки.

В результате экспертизы установлено:

1. Комплектность документов соответствует требованиям ПМГ 06-2001.
2. По техническим и метрологическим характеристикам замечаний нет.
3. Обращаем Ваше внимание, что при поставках данных средств измерений в Республику Беларусь требуется проведение процедур подтверждения соответствия требованиям, распространяющихся Технических регламентов Таможенного Союза (например, ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011 и др.). ТР ТС содержат разделы, устанавливающие обязательность маркировки технических средств, соответствующих требованиям ТР ТС и прошедших процедуру подтверждения соответствия, единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов ЕАЭС. Маркировка средств измерений, поставляемых на рынок Республики Беларусь должна осуществляться с учетом требований «Положения о едином знаке обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза».

Методика поверки: поверку проводить по СЯМИ.408843-623 МП "Блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ". Методика поверки", утвержденной в 2010 г.

Метрологическое обеспечение СИ в Республике Беларусь и рекомендации по признанию поверки: обеспечены;

раннее признаны результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Саратовским ЦСМ (номер реестра - №012, шифр поверительного клейма - ВУ)(НТК №07-13);


рекомендуется признание результатов первичной поверки при выпуске из производства вышеуказанных СИ, проводимой ООО ЭПО "Сигнал" (аттестат аккредитации - №РОСС СОБЗ.00142.2013, шифр поверительного клейма - АНС) согласно п. 23 представленной выписки из области его аккредитации.

Межповерочный интервал СИ: 2 года.

Рекомендации по результатам экспертизы: продлить срок действия утверждения типа для типа "Блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ";


признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства вышеуказанных СИ, проводимой ООО ЭПО "Сигнал" (аттестат аккредитации - №РОСС СОБЗ.00142.2013, шифр поверительного клейма - АНС) согласно п. 23 представленной выписки из области его аккредитации.

Начальник сектора производственно-исследовательского отдела измерений давления и расхода



О.Д. Манкевич

Ведущий инженер научно-исследовательского отдела законодательной и теоретической метрологии, НТП



Н.Н. Червяковская

