

Государственный комитет
по стандартизации Республики
Беларусь (Госстандарт)

ПРОТОКОЛ

22.12.2016 №12-2016

г. Минск
заседания Научно-технической
комиссии по метрологии (НТК)

Повестка дня:

8. Рассмотрение вопросов признания результатов государственных испытаний и утверждения типа согласно ПМГ 06-2001 (в т.ч. продление срока действия утверждения типа), признания результатов поверки согласно ПМГ 06-2001

8.23. СЛУШАЛИ:

Червяковскую Н.Н. (БелГИМ) – о продлении срока действия утверждения типа "Блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ", изготовитель – ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл., Россия, и признании результатов поверки согласно ПМГ 06-2001 (основание – окончание срока действия утверждения типа).

Ранее внесены в Реестр под номером РБ 03 07 5184 13.

РЕШИЛИ:

8.23.1. Продлить срок действия утверждения типа в Республике Беларусь для типа **"Блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ"** на основании результатов обязательной метрологической экспертизы технической и эксплуатационной документации, проведенной ВНИИР, Россия.

Примечание – уточнить в базе данных Госреестра информацию об области примечания СИ (отменить ранее принятое решение) - исключить фразу "К применению в Республике Беларусь допущены блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ" с диапазоном приведения объема газа к стандартным условиям в диапазоне температур природного газа от минус 20 °С до плюс 60 °С".

8.23.2. Аннулировать сертификат №8633 об утверждении типа "Блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ", выданный ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл., Российская Федерация.

8.23.3. Выдать ООО ЭПО "Сигнал", г. Энгельс Саратовской обл., Россия, новый сертификат об утверждении типа с сохранением ранее присвоенного номера Реестра (РБ 03 07 5184) сроком действия до 22.04.2021.

8.23.4. Согласно решению НТК 07-2013 признаются результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой Саратовским ЦСМС (номер реестра – №012, шифр поверительного клейма – ВУ).

8.23.5. Признавать результаты первичной поверки при выпуске из производства, проводимой ООО ЭПО "Сигнал" (аттестат аккредитации – №РОСС СОБЗ.00142.2013, шифр поверительного клейма – АНС).

8.23.6. Блоки метрологически обеспечены в Республике Беларусь.

8.23.7. Поверку для Республики Беларусь проводить по документу СЯМИ.408843-623 МП "Блоки коррекции объема газа "ФЛОУГАЗ". Методика поверки", утвержденному в 2010 г.

8.23.8. Межповерочный интервал – не более 24 месяцев.

Председатель

Ю.В. Задрейко

Секретарь

Н.Д. Ляхова



Н.Д. Ляхова